Guía rápida de uso

1. Conectar la sonda pulsando el botón.
2. Conectar el iPad en el botón de reposo/activación, o en el botón de inicio.

Comprobar si la sonda está conectada al iPad a través de WIFI:

- En ajustes se muestra con un tic azul y el nombre de la red, que es el número de serie de la sonda. 
- En la aplicación, en la parte superior izquierda, se muestra el número de serie de la sonda.

Si la sonda no está conectada: Ir a ajustes del iPad > hacer click en Wi-Fi (en la parte lateral izquierda) > seleccionar la red, que es el número de la sonda, y poner la contraseña en minúsculas (número grabado en su parte trasera).

3. Abrir la aplicación SmartVUS2 o SmartLoin.

4. Pulsar el botón de congelar/descongelar en la parte superior izquierda.

5. Para finalizar, pulsar el botón de inicio del iPad para cerrar la aplicación, y pulsar durante al menos 3 segundos el botón de la sonda para apagarla.

Recomendaciones:

- Cargar la sonda con el cargador wireless suministrado.
- Usar tanto el iPad como la sonda entre 15 y 40 °C. Temperaturas inferiores podría dañar la sonda y disminuir el rendimiento de ambos equipos.

Para más información, por favor, consulte las instrucciones en la aplicación de iBooks del iPad. También encontrará documentación técnica en las aplicaciones de vídeos y fotos.